

RAPPORTO DI PROVA n. 0433/18 del 05/07/2018

*Determinazione della concentrazione di odore, mediante olfattometria dinamica ritardata,
dell'aeriforme nei sacchetti di campionamento consegnati dal Cliente*

Nome del Cliente	ECOIMPIANTI S.r.l.
Sede legale del Cliente	Strada della Molinella n.7 - 06125 - Ponte Rio (PG)

Codice campione	Denominazione del campione	Data di campionamento	Ora di campionamento	Concentrazione di odore, c_{od} (ou_E/m^3)
180621ZZA01	S1 IN ⁽¹⁾	21/06/2018	09:33	6500
180621ZZA02	S1 OUT ⁽¹⁾	21/06/2018	09:37	3400
180621ZZA03	S2 IN ⁽¹⁾	21/06/2018	09:39	7300
180621ZZA04	S2 OUT ⁽¹⁾	21/06/2018	09:42	6500
180621ZZA05	S3 IN ⁽¹⁾	21/06/2018	09:47	7300
180621ZZA06	S3 OUT ⁽¹⁾	21/06/2018	09:50	5500
180621ZZA07	S4 IN ⁽¹⁾	21/06/2018	09:53	6100
180621ZZA08	S4 OUT ⁽¹⁾	21/06/2018	09:56	5200
180621ZZA09	S5 IN ⁽¹⁾	21/06/2018	10:00	4300
180621ZZA10	S5 OUT ⁽¹⁾	21/06/2018	10:03	2600
180621ZZA11	S6 IN ⁽¹⁾	21/06/2018	10:05	2900
180621ZZA12	S6 OUT ⁽¹⁾	21/06/2018	10:08	1400

Il campionamento è stato eseguito a cura del Cliente. La denominazione del campione, la data e l'ora di campionamento indicate sono quelle dichiarate dal Cliente nella Scheda di campionamento (R0044). Nel presente Rapporto di prova l'accreditamento ACCREDIA riguarda solo l'esecuzione delle prove.

Note: (1) Sito di campionamento dichiarato dal Cliente: Impianto di compostaggio - Tempio Pausania (SS)

Laboratorio Olfattometrico Progress S.r.l.

Sede legale Via Torbole 36, 00135 Roma (RM), Italia - www.olfattometria.com

Sede operativa Via Nicola A. Porpora 147, 20131 Milano (MI), Italia - Tel. +39 02 4548 5624 - Fax +39 02 9998 5126

Laboratorio di prova Via Nicola A. Porpora 150, 20131 Milano (MI), Italia

La riproduzione parziale del Rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Progress S.r.l.

Il Rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Informazioni circa l'esecuzione delle prove olfattometriche

<i>Olfattometro</i>	A quattro porte di inalazione, modello ODOURNET TO8, matricola interna OLF03.
<i>Metodo di prova</i>	Olfattometria dinamica, secondo la norma UNI EN 13725:2004. Modalità di presentazione e scelta: sì/no.

<i>Codice campione</i>	<i>Data di accettazione del campione</i>	<i>Data della prova</i>	<i>Ora di inizio della prova</i>	<i>Temperatura dell'aria in camera olfattometrica all'inizio della prova (°C)</i>
180621ZZA01	22/06/2018	22/06/2018	10:19	22,1
180621ZZA02	22/06/2018	22/06/2018	10:26	22,3
180621ZZA03	22/06/2018	22/06/2018	10:33	22,4
180621ZZA04	22/06/2018	22/06/2018	10:41	22,6
180621ZZA05	22/06/2018	22/06/2018	10:47	22,7
180621ZZA06	22/06/2018	22/06/2018	10:53	22,7
180621ZZA07	22/06/2018	22/06/2018	10:59	22,9
180621ZZA08	22/06/2018	22/06/2018	11:06	23,0
180621ZZA09	22/06/2018	22/06/2018	11:12	23,0
180621ZZA10	22/06/2018	22/06/2018	11:18	23,1
180621ZZA11	22/06/2018	22/06/2018	11:24	23,3
180621ZZA12	22/06/2018	22/06/2018	11:30	23,3

Informazioni circa la taratura degli esaminatori

<i>Odorante di riferimento</i>	1-Butanolo (CAS-Nr. 71-36-3) in azoto a varie concentrazioni certificate, in bombole
<i>Accuratezza sensoriale complessiva</i>	Variabili di qualità sensoriale complessiva al 09/05/2016: $A_{od} = 0,0897$; $r = 0,1307$

Ing. Simone Bonati
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Milano
n. B 26813

Il presente documento è stato firmato digitalmente

Laboratorio Olfattometrico Progress S.r.l.

Sede legale Via Torbole 36, 00135 Roma (RM), Italia - www.olfattometria.com
Sede operativa Via Nicola A. Porpora 147, 20131 Milano (MI), Italia - Tel. +39 02 4548 5624 - Fax +39 02 9998 5126
Laboratorio di prova Via Nicola A. Porpora 150, 20131 Milano (MI), Italia

La riproduzione parziale del Rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Progress S.r.l.
 Il Rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova.